



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

RVP Nieuws

Jaargang 16, Editie 04, 7 maart 2019



Nieuwsbrief voor RVP-professionals

- [Nieuw meldsysteem voor melden Luer Lock Adapter \(LLA\) problemen Nimenrix](#)
- [Gebruik Vaxelis als DKTP-Hib-HepB-vaccin](#)

Nieuw meldsysteem voor melden Luer Lock Adapter (LLA) problemen Nimenrix


Het RIVM ontvangt klachten over lekkage van de vaccins Synflorix, Cervarix en Nimenrix (zie ook [RVP Nieuws nr 7, 29 mei 2018](#)). Alle klachten zijn in onderzoek bij GSK en Pfizer. Er is nog geen oorzaak en oplossing voor het probleem gevonden. Inmiddels loopt vooral het aantal klachten over Nimenrix snel op.

Vanaf vandaag kan je Nimenrix productklachten melden via het digitale meldingsformulier '[Melding klacht Loszittende/draaiende Luer Lock Adapter Nimenrix vaccin](#)'. Bij een groeps vaccinatie, waar een DVP-medewerker aanwezig is, hoeft de JGZ dit niet zelf te doen. De DVP-medewerker neemt de defecte vaccins mee en zal de melding namens de JGZ doen. In alle andere gevallen doet de JGZ de

melding zelf.

Alleen vaccins die *onbruikbaar* zijn door problemen met de LLA (inclusief lekkage) worden als klacht behandeld. Als er een licht draaiende beweging in de Luer Lock Adapter zit, kan je het vaccin gewoon gebruiken. Voel je enige beweging in de Luer Lock Adapter, houd deze dan vast met dezelfde hand. Zie hiervoor ook de [instructiefilm](#).

De werkinstructie voor het melden van de LLA problemen bij Nimenrix vind je op [rijksvaccinatieprogramma.nl](#). Een overzicht van de verschillende formulieren en werkinstructies voor de verschillende klachten vind je op de pagina '[Vaccininventarisatie](#)'.



Gebruik Vaxelis als DKTP-Hib-HepB-vaccin

Er worden nog veel vaccinatieseries gestart met Infanrix hexa. Dat is niet de bedoeling. Een vaccinatieserie wordt bij voorkeur in zijn geheel met hetzelfde merk vaccin gegeven. Als er veel meer Infanrix hexa-vaccins worden verbruikt dan van te voren is berekend, is er straks mogelijk een vaccintekort bij het afmaken van deze series.

Daarom het dringende verzoek om bij DKTP-Hib-HepB [strikt de richtlijn te volgen](#) en Vaxelis te gebruiken bij:

- ALLE kinderen die nu nog moeten starten met een serie DKTP-Hib-HepB, ongeacht hun geboortedatum. (Kinderen geboren voor 01-12-2018, die nu nog moeten starten, zijn immers 'late starters' en krijgen dus Vaxelis).
- ALLE kinderen die in het buitenland zijn begonnen met een serie DKTP-Hib-HepB van onbekend merk of ander merk dan Infanrix hexa.

Wees dus alert!

Als je desondanks, per ongeluk, toch nog start met Infanrix hexa, volg dan onderstaand advies:

- Start je in maart 2019 met Infanrix hexa? Maak dat de hele serie af met Infanrix hexa.
- Start je vanaf 1 april 2019 met Infanrix hexa? Geef dan vanaf de tweede vaccinatie Vaxelis. Er zal voor die kinderen voor hun vaccinatie rond 11 maanden geen Infanrix hexa meer zijn.

Redactie:
RVP Communicatie
rvpcommunicatie@rivm.nl

Service

U ontvangt deze e-mail op het mailadres {{\$Customer.EmailAddress}}, omdat u hebt aangegeven e-mailberichten te willen ontvangen.

[Aanmelden](#) | [Wijzig voorkeuren](#) | [Direct afmelden](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.